

新品下ケースと器差

新JIS20mm

サイトー技研(株)

水温20±1°C

2012/7/20

*計量室ユニット、羽根車ユニット、指示ユニットの内部機構①②③④を各社の下ケースに装着して試験

A社 12B	Q1(40L/h)				Q2(64L/h)				Q3(4000L/h)			
	ケース番号	69	70	71	72	69	70	71	72	69	70	71
内機番号	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
1回目	0.4	2.1	0.4	1.6	0.0	-0.4	0.3	0.3	0.8	0.4	0.6	1.2
2回目	0.4	1.2	0.2	1.3	-0.4	-1.0	-0.1	0.4	0.7	0.2	0.8	1.5
3回目	0.7	1.3	0.4	1.9	0.0	-0.8	-0.2	0.0	0.7	0.5	0.7	1.3
4回目	0.4	2.0	0.2	1.9	-0.1	-0.3	0.0	0.6	0.5	0.3	1.0	1.5
5回目	0.5	1.9	0.7	1.4	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.8	0.3	1.2	1.5
6回目	0.3	1.9	0.5	1.7	0.0	-0.3	-0.2	0.6	0.7	0.4	0.9	1.4
7回目	0.4	1.7	1.0	1.6	0.0	-0.4	0.2	0.1	0.6	0.4	0.9	1.2
8回目	0.5	1.6	1.0	1.5	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.7	0.4	1.2	1.6
9回目	0.3	1.4	1.3	1.6	-0.1	-0.6	0.0	0.4	0.7	0.3	0.7	1.4
10回目	0.5	1.6	0.9	2.0	-0.2	-0.6	-0.1	0.3	0.8	0.3	0.9	1.3
平均器差	0.44	1.67	0.66	1.65	-0.08	-0.49	-0.01	0.37	0.70	0.35	0.89	1.39

B社 11B	Q1(40L/h)				Q2(64L/h)				Q3(4000L/h)			
	ケース番号	1	4	5	6	1	4	5	6	1	4	5
内機番号	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
1回目	1.9	0.3	1.0	1.5	1.6	0.5	0.6	0.3	1.9	1.2	1.7	1.2
2回目	2.0	0.4	0.7	2.3	1.1	0.3	0.3	1.2	1.8	1.0	1.5	1.0
3回目	1.9	0.3	1.2	2.2	1.3	0.4	0.8	0.6	1.7	1.0	1.6	1.1
4回目	1.9	0.4	0.6	2.1	1.3	0.2	0.5	0.6	1.8	1.1	1.5	1.1
5回目	2.0	1.2	0.9	1.2	1.0	0.5	0.8	0.7	1.8	0.8	1.6	1.0
6回目	2.1	0.4	0.6	1.9	1.6	0.2	1.0	0.9	1.9	1.0	1.6	1.1
7回目	1.8	0.9	0.8	1.9	1.3	1.0	1.0	0.7	1.8	0.9	1.7	1.0
8回目	1.9	0.7	1.0	2.0	1.2	0.6	1.0	0.2	1.7	1.2	1.6	1.0
9回目	1.9	0.3	0.7	1.3	1.4	0.2	1.2	0.9	1.7	1.0	1.7	1.1
10回目	2.1	0.9	0.2	1.4	1.4	0.7	0.4	0.9	1.8	1.1	1.4	1.3
平均器差	1.95	0.58	0.77	1.78	1.32	0.46	0.76	0.70	1.79	1.03	1.59	1.09

C社 08B	Q1(40L/h)				Q2(64L/h)				Q3(4000L/h)			
	ケース番号	15	19	21	36	15	19	21	36	15	19	21
内機番号	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
1回目	1.5	0.6	0.5	2.2	0.0	0.8	0.8	0.7	1.2	2.5	1.8	1.6
2回目	1.8	1.2	0.8	2.1	0.3	0.9	0.9	0.6	0.8	2.4	2.0	1.7
3回目	1.7	1.0	0.5	2.4	0.0	0.7	0.6	0.4	0.8	2.3	1.9	1.8
4回目	1.6	0.7	0.6	2.2	0.0	0.9	0.6	0.9	0.5	2.4	1.9	1.9
5回目	1.5	0.6	1.2	2.6	-0.1	0.6	0.6	1.1	0.9	2.6	1.8	1.9
6回目	2.0	1.6	1.2	2.3	0.2	1.3	0.7	0.6	1.0	2.5	1.9	1.9
7回目	2.0	1.0	1.0	1.7	0.6	0.7	0.9	0.2	0.6	2.4	1.6	1.6
8回目	1.8	0.9	1.2	2.0	0.5	0.6	0.9	0.6	1.1	2.4	1.9	1.9
9回目	2.0	0.9	0.8	2.6	0.3	0.9	1.0	0.8	0.8	2.5	1.8	2.1
10回目	1.8	1.0	1.3	1.9	0.3	0.3	1.1	1.0	0.9	2.3	1.9	1.8
平均器差	1.77	0.95	0.91	2.20	0.21	0.77	0.81	0.69	0.86	2.43	1.85	1.82