器差性能試験　DA13ロング　　　　7号機　　　　　　　　2007/4/10

	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
助走体積(L)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
計量体積(L)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
流量(L/H)	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
No.1	-35.4	-3.4	1.8	3.3	4.2	4.0	3.5	3.7	4.1	2.9	2.8	2.6	2.3	0.4	-0.1	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-0.9	-1.0	-1.3	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.6	-1.6	-1.7	-1.8	-1.6	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-1.9
No.2	-85.1	-20.8	-5.8	-2.0	0.4	0.8	1.3	0.9	0.9	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
No.3		-8.9	-0.1	1.6	1.6	2.1	2.6	2.6	2.0	1.5	0.9	1.1	1.2	1.4	0.8	0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0
No.4	-47.2	-10.0	-2.7	-0.4	1.1	1.3	0.8	0.7	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9
No.5	-79.3	-11.3	-0.9	1.3	2.3	2.1	2.1	1.7	1.3	1.0	0.7	0.3	0.2	-0.2	-0.7	-1.1	-1.4	-1.6	-1.7	-1.9	-2.1	-2.0	-2.1	-2.3	-2.3	-2.3	-2.5	-2.7	-2.6	-2.6	-2.8	-2.2	-2.7	-2.8	-2.9	-2.8
No.6	-73.0	-11.8	-2.2	0.5	1.4	1.8	1.8	1.1	0.8	0.5	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9	-0.9	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
No.7	-54.6	-9.0	-1.5	-0.1	0.7	1.7	1.4	1.5	1.2	1.4	0.9	0.9	0.7	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4
No.8	-52.2	-11.7	-1.7	0.1	1.2	2.6	2.8	2.8	2.7	1.8	1.5	1.1	1.0	0.1	-0.1	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7				
No.9		-12.6	-2.2	0.2	1.6	1.7	1.5	1.3	1.2	0.9	0.8	0.3	0.3	0.2	0.0	-0.4	-0.5	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-1.1	-1.0	-1.1
No.10	-60.7	-12.6	-3.9	-1.1	-0.5	0.1	-0.1	0.3	0.4	0.1	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4	-0.3	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6
No.11		-13.6	-3.0	-0.7	-0.1	1.3	1.8	1.7	1.3	1.0	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	-0.2	-0.5	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.6
No.12		-22.7	-6.5	-2.2	-0.2	0.8	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.3	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.8	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.9
No.13		-10.8	-2.1	-0.3	0.5	1.1	2.0	1.7	1.4	1.6	1.6	1.3	1.2	0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9
No.14	-52.4	-7.4	-0.4	0.6	1.3	2.1	2.3	2.4	2.1	1.5	1.2	1.4	1.0	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
No.15	-54.5	-8.6	-1.1	0.2	2.0	2.5	1.8	1.4	0.8	0.4	0.2	-0.3	-0.3	-0.9	-1.1	-1.3	-1.6	-1.5	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5
No.16		-13.5	-4.6	-1.6	0.3	0.8	1.5	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9
No.17	-53.2	-9.9	-1.1	0.2	1.4	2.5	2.5	1.7	1.4	1.2	0.5	0.3	0.1	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2
No.18	-44.4	-7.5	-0.5	0.8	1.2	1.9	2.0	1.3	1.1	0.5	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1
No.19	-39.8	-4.9	0.5	0.5	1.9	2.6	2.3	2.4	2.0	1.6	1.2	1.1	0.8	0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9				
No.20		-14.4	-2.9	-0.5	1.1	1.5	2.1	2.1	1.8	1.4	1.0	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	
No.21		-15.4	-4.1	-1.5	0.6	1.8	1.9	1.7	1.6	1.2	0.7	0.5	0.3	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-1.1	-1.0	-1.2	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.9
No.22	-61.6	-9.1	0.9	1.5	2.0	1.7	2.2	2.0	1.6	0.9	0.6	-0.1	-1.0	-1.7	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-2.5	-2.6	-3.0	-3.1	-3.3	-3.1	-3.5	-3.2	-3.2	-3.5	
No.23	-71.7	-10.6	0.0	2.6	4.2	4.1	4.0	4.1	3.7	3.3	3.0	2.7	2.6	2.2	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.4	1.1		
No.24	-46.4	-8.5	-1.5	0.1	0.6	1.3	1.7	1.9	1.5	1.2	0.9	0.9	0.7	0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4
No.25		-8.2	-0.9	0.1	1.7	3.1	3.3	2.9	2.8	2.3	1.8	1.7	1.4	0.6	0.1	0.4	0.7	-0.1	0.3	-0.3	0.0	0.1	0.6	0.7	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1
No.26	-75.4	-9.4	-1.6	2.0	1.7	1.3	1.5	0.9	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-0.9	-0.9	-0.7	-0.9	-0.9				
No.27	-65.6	-9.1	-1.1	0.5	1.2	2.7	1.6	1.0	0.8	0.7	0.4	0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-0.2
No.28	-43.4	-9.6	-2.4	-0.9	0.3	1.1	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
No.29	-67.5	-15.4	-2.6	0.8	2.4	3.3	3.0	3.7	3.4	2.8	2.4	2.4	2.2	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	
No.30	-55.6	-7.8	-0.2	1.4	1.5	1.8	2.0	2.4	1.9	1.4	0.7	0.4	0.4	-0.7	-1.3	-1.5	-1.7	-1.8	-1.9	-2.1	-2.2	-2.2	-2.3	-2.2	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.6	-2.7	-2.7	-2.9	-2.9	-3.0	-2.9	-3.0
No.31	-82.8	-12.4	-2.6	-1.5	0.0	0.6	1.5	1.8	2.0	1.7	1.3	1.2	1.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
No.32	-68.9	-9.8	-2.7	-1.4	-0.5	-0.2	0.4	0.6	-0.1	0.1	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2				
No.33	-62.0	-8.3	-0.6	-0.3	0.5	1.0	0.8	0.9	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	0.2	0.4	0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7		
No.34	-52.2	-8.2	-0.3	0.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	1.4	0.8	0.7	0.3	-0.5	-1.7	-2.5	-2.5	-1.9	-2.9	-2.1	-2.2	-2.3	-2.9	-2.9	-3.2	-3.3	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.2	-3.2	-3.2
No.35		-8.4	-0.4	1.0	1.5	2.2	1.9	2.0	1.6	1.7	1.0	1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.4	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.1				
No.36	-47.1	-7.0	-0.9	0.4	2.5	3.6	2.7	2.9	2.5	2.3	1.8	1.6	1.3	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.1	0.1		
平均	-58.92	-10.63	-1.72	0.11	1.25	1.86	1.91	1.84	1.61	1.27	0.90	0.75	0.65	0.30	0.05	-0.13	-0.27	-0.36	-0.42	-0.49	-0.53	-0.54	-0.56	-0.59	-0.60	-0.64	-0.68	-0.71	-0.72	-0.73	-0.77	-0.76	-0.80	-0.78	-0.81	-0.83
流量(L/H)→	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400